



فرم شناسنامه تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت

نام آزمایشگاه: آماده سازی برای آنالیز دستگاهی

کارشناس مسئول: مهندس طیری

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۳

نام تجهیز: اسپکتروفتومتر DR5000



شرکت سازنده - مدل: HACH LANGE GMBH - LPG 408.99.00001

موارد کاربرد و استفاده: تعیین غلظت آلاینده موجود در نمونه با استفاده از میزان جذب نور

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۰

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبره شده در ابتدای سال ۱۳۹۵

اپراتور: دکتر ابراهیمی، مهندس طیری، دانشجویان

توضیحات: -

فرم شناسنامه تجهیزات



نام دانشکده: بهداشت

نام آزمایشگاه: آماده سازی برای آنالیز دستگاهی

کارشناس مسئول: مهندس طیری

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۳

نام تجهیز: دستگاه تبخیر روتاری (Rotary Evaporator)



شرکت سازنده - مدل: Rotavacvacario power unit - Heidolph

موارد کاربرد و استفاده: جداسازی و تبخیر موثر حلال از نمونه

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۹۰

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: تاکنون کالیبره نشده است

اپراتور: دکتر ابراهیمی، مهندس طیری، دانشجویان

توضیحات: -



فرم شناسنامه تجهیزات


نام دانشکده: بهداشت

نام آزمایشگاه: آماده سازی برای آنالیز دستگاهی

کارشناس مسئول: مهندس طیری

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۳

نام تجهیز: ترازوی دقیق



شرکت سازنده-مدل: Sartorius- GK1203

موارد کاربرد و استفاده: توزین دقیق مواد و نمونه ها در حد میلی گرم

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۵

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبره شده در ابتدای سال ۱۳۹۵

اپراتور: دکتر ابراهیمی، مهندس طیری، دانشجویان

توضیحات: -

فرم شناسنامه تجهیزات



نام دانشکده: بهداشت

نام آزمایشگاه: آماده سازی برای آنالیز دستگاهی

کارشناس مسئول: مهندس طیری

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۳

نام تجهیز: پروب التراسونیک (Ultrasonic homogenizer)



شرکت سازنده-مدل: GM 200-BANDELIN

موارد کاربرد و استفاده: پراکنش سیستمهای نانومتری، پلیمریزاسیون به کمک امواج فراصوت

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۹۰

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: تاکنون کالیبره نشده است

اپراتور: دکتر ابراهیمی، مهندس طیری، دانشجویان

توضیحات: -

فرم شناسنامه تجهیزات



نام دانشکده: بهداشت نام آزمایشگاه: آماده سازی برای آنالیز دستگاهی

کارشناس مسئول: مهندس طیری شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۳

نام تجهیز: حمام التراسونیک (Ultrasonic Bath)



شرکت سازنده-مدل: DT 156-BANDELIN

موارد کاربرد و استفاده: پخش ذرات داخل محلول و یکنواخت سازی آن با استفاده از امواج ماورای صوت

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۹۰

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: تاکنون کالیبره نشده است

اپراتور: دکتر ابراهیمی، مهندس طیری، دانشجویان

توضیحات: -



فرم شناسنامه تجهیزات

نام دانشکده: بهداشت

نام آزمایشگاه: آماده سازی برای آنالیز دستگاهی

کارشناس مسئول: مهندس طیری

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۳

نام تجهیز: pH-متر



شرکت سازنده-مدل: Eutech- pH1500

موارد کاربرد و استفاده: تعیین pH نمونه ها

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: ۱۳۹۰

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: کالیبراسیون هفتگی با بافر استاندارد

اپراتور: دکتر ابراهیمی، مهندس طیری، دانشجویان

توضیحات: -

فرم شناسنامه تجهیزات



نام دانشکده: بهداشت نام آزمایشگاه: آماده سازی برای آنالیز دستگاهی

کارشناس مسئول: مهندس طیری شماره تماس: ۳۷۹۲۳۲۸۳

نام تجهیز: شیکر



شرکت سازنده-مدل: KS 260 B-IKA

موارد کاربرد و استفاده: هم زدن مایعات در ظروف آزمایشگاهی

زمان راه اندازی و شروع به کار در آزمایشگاه: سال ۱۳۸۵

وضعیت فعلی: آماده به کار

وضعیت کالیبراسیون: تاکنون کالیبره نشده است

اپراتور: دکتر ابراهیمی، مهندس طیری، دانشجویان

توضیحات: -